

Temperature Monitoring Log Investigational Product (治験薬保管温度記録)

checked and recorded daily(except weekends & public holidays) (営業日は毎日確認)

Refrigerator: 2-8°C Incubator: 15-25°C room temperature: 1-30°C deep freezer :under -80°C

Month(mmm)/Year(yyyy):	Sep /20 23	
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not, write comments 温度は範囲内か?	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
2	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
3	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
5	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
6	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
7	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
8	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
9	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
10	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
11	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
12	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
13	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
14	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	m-h
15	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
16	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
17	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
18	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
19	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
20	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
21	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
22	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
23	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
24	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
25	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
26	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
27	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
28	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
29	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
30	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
31	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	

温度計電池交換等記録(記載見本)		
該当する保管庫	冷蔵庫(<input checked="" type="checkbox"/>)・恒温槽(<input checked="" type="checkbox"/>)・超低温槽・室温	
開始日時	15:30	2017/6/10
終了日時	15:35	
実施者サイン	治験 太郎	
コメント		
		☐はい ☐いいえ

温度計電池交換記録		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽(<input checked="" type="checkbox"/>)・室温	
開始日時	8 : 32	20 23 / 9 / 27
終了日時	8 : 34	
実施者サイン	永田 翔子	
コメント		
		☐はい ☐いいえ

該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
		☐はい ☐いいえ

該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
		☐はい ☐いいえ


該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
		☐はい ☐いいえ

該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
		☐はい ☐いいえ

該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
		☐はい ☐いいえ


comment	
---------	--

Manabu Hirashima 2. Oct. 2023



送信器名称 CH番号	室温 CHI	治験恒温槽① CHI	治験恒温槽② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	8641	8641	8641
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	23.8	21.1	20.9
最低値	22.5	20.8	20.2
平均値	23.0	20.9	20.5

Manabu Hirashima 2. Oct. 2023



送信器名称 CH番号	サーバ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	8641	8641	8641	8641	8641	8641
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	6.5	4.5	3.7	4.7	6.4	4.5
最低値	4.5	4.3	3.1	4.2	5.2	3.4
平均値	4.6	4.4	3.2	4.4	5.7	4.0